

仕 様 書

件 名：離床センサー付介護ベッド関連 一式

納 入 場 所：特別養護老人ホーム 松島長松苑

宮城県宮城郡松島町根廻字上山王 6 番地 27

引 渡 期 限：令和 5 年 3 月

目 的：この仕様書は、特別養護老人ホーム松島長松苑が令和 4 年度に導入する
離床センサー付介護ベッド関連の仕様について定める。

施 行 概 要：

- (1) 新品でありかつ最新モデルであること。
- (2) ナースコールと連動すること。
- (3) 保守サービス体制が迅速であること。

引き渡し後の保守・障害対応：

- (1) 稼働開始後 1 年間以内に生じた故障で、設計、製造の不良によるものと認められる場合、無償にて修理及び取替を請負者が行うこと。
- (2) 梱包等空き箱等については、請負業者が法的に従って、責任を負って廃棄処分を行うこと。

ナースコール等機器構成表：別紙のとおり

離床センサー付ベッド関連機器構成表

名称	数量	単位	参考機種
離床センサーベッド			パラマウントベッド
1) エスパシアシリーズ	16	台	KA-N1411R
低床22cm 離床チャッチ			
手元スイッチ セントラルロック 83cm幅			
2) ナースコール中継ユニット	16	台	NU-18G0
3) エバーフィットC3D	14	枚	KE-613U
83cm幅 ドライタイプ			
4) こちあ利楽flow	2	枚	KE-913S
5) リンクケーブルD	2	本	KE-97CH
6) ベッドサイドレール	16	組	KS-161G
7) スイングアーム介助バー	9	本	KS-099AH
8) ベッドサイドレール軽量タイプ	7	本	KS-111H

※上記以外に必要な機器類があれば適時追加すること。